

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  
โรงพยาบาลระนอง**

**๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน**

เป็นเตียงสำหรับทำการผ่าตัดศัลยกรรมหัวไประบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรล (Remote Control) แบบมีสาย พื้นเตียงเป็นวัสดุป้องแสงเอกซเรย์ สามารถจัดท่าผ่าตัดทางด้านศัลยกรรม หัวไประบบไฟฟ้า และศัลยกรรมเฉพาะทางอื่นๆได้

**๒. รายละเอียดและคุณลักษณะที่หัวไประบบไฟฟ้า**

- ๒.๑ เป็นเตียงผ่าตัดที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า โดยทำงานผ่านชุดรีโมทคอนโทรลที่มีปุ่มและหน้าจอแสดงการทำงาน
- ๒.๒ พื้นเตียงแบ่งออกได้成อย่างน้อย ๕ ส่วน ทำด้วยวัสดุป้องแสงเอกซเรย์และส่วนรองรับหลังแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งส่วนท่อนบนของแผ่นหลังสามารถถอดออกจากการตัวเตียงได้
- ๒.๓ เบาะทำด้วยโฟมชนิดพิเศษ (SFC) หรือ Velcro tape หนาอย่างน้อย ๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๔ มีชุดควบคุมฉุกเฉิน (Override panel) อยู่บริเวณด้านข้างเสาเตียง ใช้ในการณ์ชุดรีโมทคอนโทรลขัดข้อง ซึ่งการเลือกปรับท่าต่างๆต้องกดพร้อมปุ่มเปิด stemming เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ๒.๕ ส่วนรองรับขา, ส่วนรองรับแผ่นหลังตอนล่าง และการปรับเลื่อนในแนวอนควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
- ๒.๖ ส่วนรองรับขาของเตียงสามารถถอดออกและปรับขึ้นลงได้
- ๒.๗ สามารถปรับเลื่อนพื้นเตียงในแนวอนได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ มิลลิเมตร
- ๒.๘ ปรับการทำงานของเตียงเป็นแบบ Normal Mode และ Reverse Mode ได้
- ๒.๙ ด้านข้างเตียงทั้ง ๒ ข้าง มีราวสำหรับเป็นที่ยึดจับของอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- ๒.๑๐ ฝาครอบฐานเตียงเป็นแบบขึ้นเตียว พื้นด้านบนเรียบไม่มีส่วนลาดเอียงไปทางเสาเตียงเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดและไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค วัสดุทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- ๒.๑๑ ใช้แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าแทนได้ และมีสัญญาณหรือไฟแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
- ๒.๑๒ มีล้อเลื่อนแบบหมุนได้รอบพร้อมระบบล็อกล้อ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
- ๒.๑๓ สามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยในท่าปกติได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ กิโลกรัม
- ๒.๑๔ ได้รับมาตรฐาน IEC ๖๐๖๐๑-๑ และ Medical Device Directive ๘๗/๔๗/EEC เป็นอย่างน้อย

**๓. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค**

**๓.๑ ขนาดของเตียง**

- ๓.๑.๑ ความยาว (รวมส่วนรองรับศีรษะ) ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร

<i>นายศิริวัฒน์ ธัญสิริพงศ์</i>	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
<i>นางสาวจินดาพร วงศ์อินทร์</i>	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
<i>นางสาวสาวคนร์ อ้วนสมจิตร</i>	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
<i>นายเอกสารรู๊ สตุล</i>	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
<i>นางสาวจริตาภรณ์ ธนาบัตร</i>	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
		และเลขานุการ

- ๓.๑.๒ ความกว้าง (ไม่รวมราวน้ำ) ไม่น่ากว่า ๕๕๐ มิลลิเมตร
- ๓.๑.๓ การปรับท่าด้วยรีโมทคอนโทรล
- ๓.๑.๓.๑ ปรับระดับสูงสุดได้ (ไม่รวมเบาะ) ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ มิลลิเมตร
- ๓.๑.๓.๒ ปรับระดับต่ำสุดได้ (ไม่รวมเบาะ) ๖๑๐ มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า
- ๓.๑.๓.๓ ปรับศีรษะต่ำได้ (Trendelenburg) ไม่น้อยกว่า ๒๕ องศา
- ๓.๑.๓.๔ ปรับเท้าต่ำได้ (Reverse Trendelenburg) ไม่น้อยกว่า ๓๕ องศา
- ๓.๑.๓.๕ ปรับเอียงซ้าย-ขวาได้ ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา
- ๓.๑.๓.๖ ปรับส่วนรองรับหลังตอนล่างขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา
- ๓.๑.๓.๗ ปรับส่วนรองรับหลังตอนล่างลงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ องศา
- ๓.๑.๓.๘ ปรับส่วนรองรับขาขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา
- ๓.๑.๓.๙ ปรับส่วนรองรับขาลงได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา
- ๓.๑.๓.๑๐ มีปุ่มปรับพื้นเตียงสู่แนวราบ (O position)

#### ๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่อเตียง

๔.๑ ที่รองรับแขน (Arm Board)	จำนวน ๑ คู่
๔.๒ ฉากกันวิสัญญี (Anaesthetic Screen)	จำนวน ๑ ชิ้น
๔.๓ ที่รัดตัวคนไข้ (Body Strap)	จำนวน ๒ ชิ้น
๔.๔ ที่ยึดจับอุปกรณ์ (Radial setting clamps)	จำนวน ๓ ชิ้น

#### ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ครุภัณฑ์ที่เสนอขายต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาริตรมาก่อน
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลา ๒ ปี นับจากวันส่งมอบและระหว่างการรับประกันผู้ขายต้องส่งซ่อมเข้ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาทุกๆ ๔ เดือน โดยแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าก่อน
- ๕.๓ ผู้ขายต้องระบุรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น ประเภทผู้ผลิต ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคางานในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนชัดเจน
- ๕.๔ ผู้เสนอราคานี้ต้องทำเครื่องหมายชัดเจนลงในแคตตาล็อกหรือในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกอบการเสนอราคากリストตามลักษณะเฉพาะข้อที่เสนอ (ทั้งในต้นฉบับและสำเนา)
- ๕.๕ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ๑ ฉบับ
- ๕.๖ ผู้จำหน่ายต้องฝึกสอนผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรใช้งานได้อย่างถูกต้อง ภายใน ๗ วัน นับจากวันส่งมอบเครื่อง
- ๕.๗ ผู้เสนอราคานี้ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตและมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขในรุ่นผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

<u>นายศิริวัฒน์ อัญสิริพงศ์</u>	นายแพทัย เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
<u>นางสาวจินดาพร วงศ์อินทร์</u>	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
<u>นางสาวสาวคนร์ อ้วนสมจิตร</u>	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
<u>นายเอกรัฐ สตุล</u>	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
<u>นางสาวจริตาภรณ์ ธนาบัตร</u>	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
		และเลขานุการ