

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง
แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน ๑๔๘,๐๐๐ เทส

.....

๑. ความเป็นมา

เป็นแผ่นตรวจน้ำตาลกลูโคสในเลือด ที่ใช้กับเครื่องตรวจน้ำตาลขนาดเล็กมีแบตเตอรี่ในตัว สามารถพกพาเพื่อนำไปใช้ในตึกผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล และการตรวจนอกสถานที่ได้



ลำดับ	รายการ	จำนวนเทส	ราคาต่อเทส (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	แผ่นตรวจน้ำตาลชนิดพกพา	๑๔๘,๐๐๐	๗.๕	๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐
-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-				๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาล Glucose ในเลือดจากหลอดเลือดฝอย (Capillary), หลอดเลือดดำ (Veins), หลอดเลือดแดง (Arterial) และเลือดเด็กทารกแรกคลอด (Neonate) โดยมีเอกสารระบุอย่างชัดเจน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

	นางสาวกานต์ชีวะพาณิชย์ บุญญาพิงรัมย์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
	นางสาวสุกัญญา ฤกษ์ ละอองจันทร์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
	นางสาวพิชาดา หนูสังข์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

- กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

- สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

- กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

- สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า


๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

	นางสาวกานต์ชีวพาณิชย์ บุญญาพิงแยม	ประธานกรรมการ
	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
	นางสาวสุกัญญภัส ละอองจันทร์	กรรมการ
	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
	นางสาวพิชาดา หนูสังข์	กรรมการ
	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดขอบเขตของงาน

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นตรวจน้ำตาลกลูโคสในเลือดที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น ISO ๑๕๑๙๗:๒๐๑๓ , EN ISO ๑๕๑๙๗:๒๐๑๕, ISO๑๓๔๘๕, CE Mark โดยระบุในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ซึ่งใช้กับเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดขนาดเล็ก โดยมีแบตเตอรี่ในตัว

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ เป็นแผ่นตรวจน้ำตาลกลูโคสที่ใช้กับเครื่องตรวจโดยอาศัยหลักการ Biosensor โดยใช้เอนไซม์ Glucose dehydrogenase (GDH) โดยขั้วอิเล็กโทรดและการนำอิเล็กตรอนทำด้วยโลหะ ทอง หรือพาราเดียม ซึ่งไม่แตกหักง่ายเพื่อความเสถียรของคุณภาพการตรวจ

๔.๒.๒ สามารถใช้กับตัวอย่างเลือดทั้ง ๔ ชนิด ได้แก่ เลือดจากหลอดเลือดดำ(Venous Blood), เลือดฝอยจากปลายนิ้ว (Capillary Blood), เลือดแดง(Arterial Blood) และเลือดของทารกแรกคลอด(Neonatal Blood) โดยมีแสดงในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนทุกกล่อง

๔.๒.๓ ใช้เวลาในการตรวจวัดไม่เกิน ๕ วินาทีต่อการทดสอบ

๔.๒.๔ สามารถปลดแถบตรวจได้ โดยมีมือไม่สัมผัสแถบตรวจ (มีปุ่ม Strip Ejector)


๔.๒.๕ เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้ เครื่องไม่ต้องปรับค่ามาตรฐาน (No coding) ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและป้องกันความสับสนระหว่าง Lot การผลิต

๔.๒.๖ สามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดตั้งแต่ ๑๐ - ๖๐๐ mg/dl หรือกว้างกว่า

๔.๒.๗ ใช้ตัวอย่างเลือดในการตรวจไม่เกิน ๑ ไมโครลิตร

๔.๒.๘ สามารถตรวจวัดได้ในเลือดที่มีค่า Hematocrit ตั้งแต่ ๐ - ๖๕ % หรือกว้างกว่า

๔.๒.๙ สามารถทำงานตรวจวัดได้ปกติในช่วงอุณหภูมิ ๑๐ - ๔๕ องศาเซลเซียสหรือกว้างกว่า

	นางสาวกานต์ชีวะพาณิชย์ บุญญาพิงแยม	ประธานกรรมการ
	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
	นางสาวสุกัญญาภัส ละครองจันทร์	กรรมการ
	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
	นางสาวพิชิตา หนูสังข์	กรรมการ
	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	

๔.๒.๑๐ สามารถทำงานได้ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง ๑๐ - ๙๐ % หรือกว้างกว่าซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย

๔.๒.๑๑ แผ่นตรวจน้ำตาลสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ ๕ - ๔๕ องศาเซลเซียสหรือกว้างกว่า

๔.๒.๑๒ การทวนสอบย้อนกลับ สามารถสอบทวนกลับได้ (Traceability) ด้วยหลักการ Hexokinase โดยมีแสดงในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนทุกกล่อง

๔.๒.๑๓ กรณีเลือดไม่เพียงพอ สามารถเติมเลือดเพิ่มได้ภายใน ๓๐ วินาทีหรือนานกว่านั้น เพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียแผ่นทดสอบและค่าใช้จ่าย

๔.๒.๑๔ แผ่นตรวจน้ำตาลเป็นแผ่นตรวจคุณภาพที่มีความถูกต้องแม่นยำไม่เกิน $\pm 10\%$

๔.๒.๑๕ มีน้ำยาควบคุมคุณภาพ (Control Solution) อย่างน้อย ๒ ระดับ (ระดับต่ำและสูง)

๔.๒.๑๖ มีระบบการลงผลการทดสอบคุณภาพภายในแบบออนไลน์ (QC Online) โดยสามารถดึงผลจากตัวเครื่องเข้าโปรแกรมได้ เพื่อลดความผิดพลาดในขั้นตอนการลงผล และสามารถสร้างกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบคุณภาพภายในในเครือข่ายได้ (Interlab Comparison)

๔.๒.๑๗ เครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดต้องมีสัญญาณ Bluetooth/NFC ภายในตัวเครื่อง เพื่อรองรับระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมการบริการคนไข้ภายในโรงพยาบาล

๔.๒.๑๘ มีใบอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานอาหารและยา ตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกและรายงานการผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ โดยระบุหลักฐานอย่างชัดเจน

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบหากมีการชำรุดเสียหาย ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน

๔.๓.๒ แผ่นตรวจน้ำตาลต้องมีอายุอย่างน้อย ๑๒ เดือนหลังส่งมอบ และจะต้องจัดส่งใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of QC) ทุก lot ที่จัดส่ง


๔.๓.๓ ผู้ขายต้องสนับสนุนเครื่องตรวจและแบตเตอรี่ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้และมีเครื่องทดแทนในกรณีเครื่องชำรุด

๔.๓.๔ ผู้ขายต้องส่งมอบ Blood lancet ชนิด Safety lock ที่ใช้ในการเจาะเลือดจำนวนเท่ากับจำนวนแผ่นตรวจน้ำตาล โดยเข็มที่ส่งมอบ ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๕ ผู้ขายต้องยืนยันราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๑ ปี ไม่ว่าจะจัดซื้อด้วยวิธีใดๆ

๔.๓.๖ ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาหากผลการตรวจไม่ได้ผลดี โดยยืนยันจากมติคณะกรรมการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

๔.๓.๗ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับราคาต่ำสุดก็ได้หากมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าและเหมาะสมกับราคา

	นางสาวกานต์ชีวะหาญ บุญญาพิงแยม	ประธานกรรมการ
	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
	นางสาวสุกัญญาภัส ละอองจันทร์	กรรมการ
	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
	นางสาวพิชาดา หนูสังข์	กรรมการ
	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	

๔.๓.๗ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับราคาต่ำสุดก็ได้หากมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าและเหมาะสมกับราคา

๔.๓.๘ ผู้ขายจะต้องสนับสนุนการควบคุมคุณภาพภายนอก (EQA) อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี

๔.๓.๙ ผลิตภัณฑ์ต้องมีใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์หรือใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ : โรงพยาบาลระนองสามารถบอกเลิกสัญญาได้ก่อนกำหนด หากทางบริษัทผู้ขายไม่ทำตามข้อตกลง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ โรงพยาบาลระนอง

๕.๒ กำหนดส่งมอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ เดือน

วัสดุการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาล ทำการออกใบสั่งซื้อเป็นครั้งคราว โดยสั่งซื้อแต่ละครั้ง ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เทส ขึ้นสูงไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ เทส ส่งมอบ ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา และกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาทำการเก็บรวบรวมบิลส่งกลุ่มงานพัสดุของโรงพยาบาลระนองดำเนินการตรวจรับต่อไป

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลระนอง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในการซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน ๑๔๘,๐๐๐ เทส ในวงเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๕) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. บริษัท วินนิง ซัพพลาย (นครศรี) จำกัด

๒. บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

๓. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง เนื่องจากเป็นราคาที่สามารทดำเนินการจัดจ้างได้ เป็นเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


 นางสาวกานต์ชีวะพาณิชย์ บุญญาพิงค์แย้ม	ประธานกรรมการ
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
 นางสาวสุกัญญาภัส ละอองจันทร์	กรรมการ
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวพิชิตา หนูสังข์	กรรมการ
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	

๘. งานและการจ่ายเงิน

วัสดุการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาล ผู้ซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ให้แก่ผู้ขายภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้แสดงหลักฐานการรับมอบ

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ซื้อยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

	นางสาวกานต์ชีวาณัญ บัญญาพิงแยม ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
	นางสาวสุกัญญภัส ละอองจันทร์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
	นางสาวพิชาดา หนูสังข์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ