

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง  
ชุดสายนำเลือดสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ของหน่วยงานไตเทียม  
โรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

**๑. ความเป็นมา**

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลระนอง มีหน้าที่ให้บริการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย รวมถึงผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยการฟอกเลือดแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับระบบการทำงานของเครื่องไตเทียม เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สายนำเลือด (Blood Line) เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบวงจรเลือดในการฟอกเลือด ทำหน้าที่นำเลือดจากผู้ป่วยเข้าสู่เครื่องไตเทียมและตัวกรองเลือด และนำเลือดที่ผ่านกระบวนการฟอกกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย สายนำเลือดจึงเป็นอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับเลือดโดยตรงและจำเป็นต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปราศจากเชื้อ และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องไตเทียมที่โรงพยาบาลมีอยู่ได้อย่างเหมาะสม

ปัจจุบันหน่วยไตเทียมมีความจำเป็นต้องใช้สายนำเลือดสำหรับให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องประกอบกับสายนำเลือดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผู้ป่วยแต่ละรายและไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา ดังนั้น เพื่อให้มีวัสดุทางการแพทย์เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยและเพื่อให้การรักษาพยาบาลดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อสายนำเลือดสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

.....  
.....

(นางอริภา กลิ่นกำจร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ

.....  
.....

(นางรัชณี ผดุงสุนทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ

.....  
.....

(นางอุไรลักษณ์ มงคล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
กรรมการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ



(นางอริภา กลิ่นกำจร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ



(นางรชนี ผดุงสุนทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ



(นางอุไรลักษณ์ มงคล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
กรรมการ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

##### ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นชุดนำเลือดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องไตเทียมทุกรุ่น

๔.๑.๒ ใน ๑ ชุดประกอบด้วยชุดนำเลือดแดง (Arterial line) ๑ สาย และสายนำเลือดดำ (Venous line) ๑ สาย บรรจุในถุงปลอดเชื้อเดียวกัน

๔.๑.๓ ชุดนำเลือดผลิตจากวัสดุ Polypropylene ชนิด Medical Grade มีความปลอดภัยในการใช้งาน (GoFlo Tubing Set)

๔.๑.๔ ทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide บรรจุในซองพลาสติก Breathable pouch มีความคงทนไม่ฉีกขาดง่าย ปิดสนิท

ดร.อ.วิภา กลิ่นกำจร

(นางอริภา กลิ่นกำจร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ณัฐพร

(นางรชนี ผดุงสุนทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ

ดร.อ.ไกรลักษณ์ มงคล

(นางอริลักษณ์ มงคล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
กรรมการ

๔.๑.๕ มี วันหมดอายุ และ Lot No. บนซองบรรจุ

๔.๑.๖ มีตัวกรองป้องกันเชื้อโรค น้ำ หรือเลือดเข้าเครื่อง (Transducer) ๑ ตัว และชุดให้สารละลายหรือสารน้ำ (IVset) ๑ ชุด ซึ่งรวมอยู่ใน package เดียวกันกับชุดนำเลือด

๔.๑.๗ มีตะขอเกี่ยวเพิ่มให้บรรจุในซองแยก

## ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

### ๔.๒.๑ สายนำเลือดแดง(Arterial line)

๔.๒.๑.๑ สายนำเลือดแดงด้าน (Arterial line) มีปริมาตรโดยรวม ๑๑๐ มล.

๔.๒.๑.๒ สายตัวบีบเลือด ( Rolling Unit) บริเวณที่สวมเข้ากับ Blood pump มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ มม. ยาว ๔๐ ซม.

๔.๒.๑.๓ มีฝาปิด (Shunt Cap) สำหรับปิดปลายข้อต่อ (Shunt Joint) และมีตะขอซึ่งสามารถเกี่ยวกับขอบภาชนะได้อย่างมั่นคง

๔.๒.๑.๔ ภายในสายมี Clamp สำหรับปิดกั้นการไหลของเลือดในสายนำเลือดแดง

๔.๒.๑.๕ มีที่สำหรับฉีดยา (Injection site) ทำจาก Silicone อย่างดี และเมื่อฉีดยาแล้ว ยาไม่ไหลย้อนกลับหลังจากดึงเข็มออก

๔.๒.๑.๖ มีสายสำหรับต่อกับ Syringe ที่บรรจุสารป้องกันเลือดแข็งตัว (Heparin)

๔.๒.๑.๗ มีสายสำหรับวัดค่าความดันเลือด Arterial ที่ต่อกับเครื่องไตเทียม

๔.๒.๑.๘ มี Pillow ที่บริเวณสายก่อนเข้าบีบเลือด กระเปาะนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงโดยสัมพันธ์กับความดันในสายนำเลือดแดง เพื่อช่วยในการประเมินการไหลของเลือด

๔.๒.๑.๙ มีชุดสาย( saline line unit) สำหรับต่อชุดน้ำเกลือและชุดให้น้ำเกลือ IV SET เพื่อล้างและหล่อสายนำเลือดก่อนการฟอกไต

๔.๒.๑.๑๐ มีกระเปาะดักอากาศของสายนำเลือดแดง (Arterial Chamber) มีท่อต่อออกมา ๒ สาย คือสายไล่อากาศ และให้ยา (Ventilation line)และสายสำหรับวัดความดันในสายนำเลือดแดง (Arterial Pressure Line) ความยาว ๗๐ ซม. ที่สามารถดักอากาศก่อนเข้าสู่ตัวกรอง สามารถปรับระดับเลือดใน Chamber ได้

๔.๒.๑.๑๑ มีข้อต่อกับตัวกรองไตเทียม (Dialyzer connector)และ ฝาปิด(Cap)

### ๔.๒.๒ สายนำเลือดดำ (Venous line)

๔.๒.๒.๑ สายนำเลือดดำ (Venous line) มีปริมาตรโดยรวม ๘๐ มล

๔.๒.๒.๒ มีฝาปิด (Shunt Cap) สำหรับปิดปลายข้อต่อ (Shunt Joint) และมีตะขอซึ่งสามารถเกี่ยวกับขอบภาชนะได้อย่างมั่นคงยาว ๓ ซม.

ดร.ณัฐพร กลิ่นกำจร

(นางอรรวิภา กลิ่นกำจร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ

นางรัชณี ผดุงสุนทร

(นางรัชณี ผดุงสุนทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ

นางอุไรลักษณ์ มงคล

(นางอุไรลักษณ์ มงคล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
กรรมการ

๔.๒.๒.๔ ภายในสายมี Clamp สำหรับปิดกั้นการไหลของเลือดในสายนำเลือดดำ

๔.๒.๒.๕ มีที่สำหรับฉีดยา (Injection site) ทำจาก Silicone อย่างดี และเมื่อฉีดยาแล้ว ยาไม่ไหลย้อนกลับหลังจากดึงเข็มออก

๔.๒.๒.๖ มีที่สำหรับฉีดยา (Injection site) ทำจาก Silicone อย่างดี และเมื่อฉีดยาแล้ว ยาไม่ไหลย้อนกลับหลังจากดึงเข็มออก

๔.๒.๒.๗ สายเลือดดำมีกระเปาะดักอากาศ (Chamber) มียาว ๑๒ ซม. มีตัวกรอง (Filter) อยู่ภายใน มีท่อต่อออกมา ๒ สาย คือสายไล่อากาศ และให้ยา (Ventilation line) และสายสำหรับวัดความดันในสายนำเลือดดำ (Venous Pressure Line) ยาว ๑๐๐ ซม.

๔.๒.๒.๘ Filter มีความยาว ๓ ซม.

๔.๒.๒.๙ มีตัวกรองป้องกันน้ำและเลือดเข้าเครื่อง ( Transducer) ที่สายวัดความดันในสายนำเลือดดำ มีข้อต่อกับตัวกรองไตเทียม (Dialyzer connector) และ ฝาปิด (Cap)

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๖.๑ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ โรงพยาบาลระนอง

๖.๒ กำหนดส่งมอบ ๑๒ งวด โดยส่งมอบพัสดุเดือนละ ๑ ครั้ง

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ จังหวัดระนอง โดยโรงพยาบาลระนองจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจาก ราคารวม

#### ๗. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ในการจัดซื้อชุดสายนำเลือดสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ของหน่วยงานไตเทียม ของโรงพยาบาลระนอง เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. บริษัท นิคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

๒. บริษัท ไทย แอมเทค จำกัด

๓. บริษัท ไชมัส เมดิคอล จำกัด

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง เนื่องจากเป็นราคาที่สามารทดำเนินการจัดซื้อได้ เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ดร.อรวิภา กลิ่นกำจร

(นางอรวิภา กลิ่นกำจร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ

รังษิณี ผดุงสุนทร

(นางรังษิณี ผดุงสุนทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ

นางอุไรลักษณ์ มงคล

(นางอุไรลักษณ์ มงคล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
กรรมการ

## ๘. งดงานและการจ่ายเงิน

๘.๑ กำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน

๘.๒ จังหวัดระนอง โดยโรงพยาบาลระนองจะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย เดือนละ ๑ ครั้ง

๘.๓ หากครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ยอดเงินน้อยกว่าวงเงินที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย จะเบิกจ่ายตามจริง และถือว่าสิ้นสุดสัญญาจะซื้อจะขาย ในกรณีที่ยังไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจะซื้อจะขาย แต่ผู้ขายได้เบิกจ่ายเงินจนหมดวงเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญา

๘.๔ ผู้ขายจะต้องรวบรวมข้อมูล ส่งมอบงานวันสุดท้ายของเดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน และจัดส่งใบแจ้งหนี้ในเดือนถัดไป ภายใน ๕ วันทำการ ของเดือนถัดไป

๘.๕ ผู้ขายต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดส่งมาพร้อมหนังสือส่งมอบงาน ในงวดสุดท้ายที่ดำเนินการ

## ๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ซื้อยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสินค้า แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๒๐๐ บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ซื้อได้ขยายเวลาส่งมอบให้ จนถึงวันที่ส่งมอบแล้วเสร็จจริง

นางอรวิภา กลิ่นกำจร

(นางอรวิภา กลิ่นกำจร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ

นางรัชณี ผดุงสุนทร

(นางรัชณี ผดุงสุนทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ

นางอุไรลักษณ์ มงคล

(นางอุไรลักษณ์ มงคล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
กรรมการ