

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
จัดซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่าน (กล้องส่อง) ACL ของหน่วยงานห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑. ความเป็นมา

เอ็นไขว้หน้า (Anterior Cruciate Ligament: ACL) เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อเข่าที่ทำหน้าที่ช่วยควบคุมความมั่นคงของข้อเข่า โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่มีการหมุนหรือเปลี่ยนทิศทาง การบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าพบได้จากการเล่นกีฬา อุบัติเหตุ และกิจกรรมที่มีการบิดหรือกระแทกข้อเข่าอย่างรุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยอาจมีภาวะข้อเข่าไม่มั่นคง ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ รวมทั้งอาจเกิดการบาดเจ็บของหมอนรองข้อเข่าและกระดูกอ่อนร่วมด้วย

ปัจจุบันการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าใหม่ผ่านกล้องส่องข้อเข่า (Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction) เป็นวิธีการรักษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการตรวจประเมินภายในข้อเข่า การเตรียมตำแหน่งสำหรับสร้างเอ็นไขว้หน้า การนำเอ็นทดแทน (graft) เข้าไปในข้อเข่า และการยึดตรึงเอ็นให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม การผ่าตัดดังกล่าวจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับเทคนิคการผ่าตัดและสามารถทำงานร่วมกับระบบผ่าตัดผ่านกล้องของโรงพยาบาลระนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลระนองมีภารกิจในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้า ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดตามข้อบ่งชี้ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้งานข้อเข่าได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบจากภาวะข้อเข่าไม่มั่นคง

ดังนั้น เพื่อให้โรงพยาบาลระนองมีความพร้อมในการให้บริการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้องส่องข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้องส่องข้อเข่า (Arthroscopic ACL Reconstruction) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการให้บริการ ทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ความเหมาะสมในการใช้งาน ความเข้ากันได้กับระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมตลอดจนความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

๒. วัตถุประสงค์

การผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า/หลัง ผ่านกล้องส่องตรวจ

.....
(นายณพล ตั้งบุญนิธิวงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

.....
(นางจิรภา ทิพย์อักษร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรรมการ


.....
จ.ร.ก.ร.ชา.ร.น.ด.ร.
(นางสาวจิระภรณ์ ชำนาญจักร์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
 - กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
 - สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน
 - กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ


 (นายณพล ตั้งบุญนิธิวงศ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ
 ประธานกรรมการ


 (นางจีรภา ทิพย์อักษร)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 กรรมการ


 (นางสาวจีระภรณ์ ชำนาญจักร์)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 กรรมการ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท


(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มียกเว้นเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)


(๕) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายณพล ตั้งบุญนิธิวงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ


(นางจิรภา ทิพย์อักษร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรรมการ


(นางสาวจิระภรณ์ ชำนาญจรรย์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ชุดผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้อง (ACL) ประกอบด้วย :

๔.๑.๑ หมุดสมอยึดติดกับกระดูกชนิดมีวัสดุยึดเส้นเอ็น (Ultrabutton)	จำนวน ๑ ชิ้น
๔.๑.๒ สกรูยึดเอ็นข้อเข่า (BIOSURE HA)	จำนวน ๑ ชิ้น
๔.๑.๓ ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำหรือสารละลายในช่องข้อ (GoFlo Tubing Set)	จำนวน ๑ ชิ้น
๔.๑.๔ ไหมเย็บซ่อมเส้นเอ็น (Ultrabraid)	จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๒.๑ หมุดสมอยึดติดกับกระดูกชนิดมีวัสดุยึดเส้นเอ็น (Ultrabutton)

๔.๒.๑.๑ เป็นวัสดุสำหรับซ่อมเอ็นไขว้หน้า/หลัง โดยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ

๔.๒.๑.๒ จาก Titanium และร้อยด้วย Ultrahigh molecular weight

polyethylene (UHMWPE)

๔.๒.๑.๓ มีไหมชนิด Polyester ร้อยไว้ที่แผ่นโลหะ เรียบร้อยแล้ว (Pre-load)

๔.๒.๑.๔ วัสดุเป็นแท่งโลหะ Titanium ขนาดเล็ก ความกว้าง ๔ มิลลิเมตร

ความยาว ๑๒ มิลลิเมตร

๔.๒.๑.๕ วัสดุที่ยึดเส้นเอ็นสำหรับกล้อง ทำจาก Ultrahigh Molecular Weight

Polyethylene (UHMWPE) สามารถปรับระยะความยาวได้ ๑๐-๑๐๕ มิลลิเมตร

๔.๒.๑.๖ มีไหม Polyester ร้อยไว้พร้อมใช้งาน

๔.๒.๑.๗ มีไหมเส้นหนา ลักษณะเหมือนอานม้า ช่วยรับแรงดึง ป้องกันการตัดขาดและ

ถอยล่นของเส้นเอ็นใหม่

๔.๒.๒ สกรูยึดเอ็นข้อเข่า (BIOSURE HA)

๔.๒.๒.๑ เป็นสกรูที่ใช้สำหรับยึดเอ็นข้อเข่าเทียมกับกระดูก ในการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า/หลัง ชนิดละลายได้

๔.๒.๒.๒ สกรูเป็นชนิดละลายได้ ผลิตจาก PLLA (Poly-L-Lactic Acid) ผสม HA (Hydroxyapatite)

๔.๒.๒.๓ มีขนาดสกรูให้เลือกใช้หลายขนาด โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖-๑๑ มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นทีละ ๑ มิลลิเมตร

๔.๒.๒.๔ สกรูยึดเอ็นข้อเข่าชนิดมีเกลียวมน แบบมีรูตรงกลาง มีขนาดความยาว ๒๕, ๓๐ และ ๓๕ มิลลิเมตร


.....


(นายณพล ตั้งบุญนิธิวงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ


.....

(นางจิรภา ทิพย์อักษร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรรมการ


.....

(นางสาวจิระภรณ์ ชำนาญจักร์)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการ

๔.๒.๓ ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำหรือสารละลายในช่องข้อ (GoFlo Tubing Set)

๔.๒.๓.๑ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการนำสารละลายเข้าสู่ข้อ ใช้ร่วมกับเครื่องควบคุมแรงดันน้ำหรือสารละลายในช่องข้อต่างๆ โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ (Arthroscope)

๔.๒.๓.๒ ผลิตจากโลหะหรือวัสดุปลอดสนิม ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔.๒.๓.๓ มีลักษณะเป็นท่อสายยางด้านหนึ่งสำหรับต่อเชื่อมกับขวดบรรจุสารละลาย พร้อมกัน ๒ ขวด และอีกด้านต่อผ่านปลอกหุ้มกล้องเพื่อความคุมการไหลของน้ำเข้าในช่องข้อ

๔.๒.๓.๔ เป็น Peristaltic pump สำหรับควบคุมการไหลของสารละลายมี membrane ใช้กับเครื่องที่ควบคุมสารละลายเข้าสู่ข้อตามที่เครื่องกำหนดไว้

๔.๒.๔ ไหมเย็บซ่อมเส้นเอ็น (Ultrabraid)

๔.๒.๔.๑ เป็นไหมความแข็งแรงสูง ผลิตจากวัสดุ Ultra high molecular weight (UHMW) polyethylene fiber

๔.๒.๔.๒ เป็นไหมพร้อมเข็ม และมีเส้นใยลักษณะไม่ละลาย แบบไม่มีแกน

๔.๒.๔.๓ ไหมมีขนาดเบอร์ ๒ ที่ต้องใช้เย็บซ่อมเนื้อเยื่อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ที่ต้องการความแข็งแรงสูง

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองชนิดใช้ครั้งเดียว

๕.๒ เป็นวัสดุที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๕.๓ บรรจุซองละ ๑ ชิ้น

๕.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา/ยุโรป

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๖.๑ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ โรงพยาบาลระนอง

๖.๒ กำหนดส่งมอบ ๑๒ งวด โดยส่งมอบพัสดุเดือนละ ๑ ครั้ง

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ จังหวัดระนอง โดยโรงพยาบาลระนองจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจาก ราคารวม


.....
(นายณพล ตั้งบุญนิธิวงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ


.....
(นางจิรภา ทิพย์อักษร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรรมการ


.....
(นางสาวจิระภรณ์ ชำนาญจักร์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการ

๘. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่าน (กล้องส่อง) ACL ของหน่วยงานห้องผ่าตัด ของโรงพยาบาลระนอง เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
๒. บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
๓. บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง เนื่องจากเป็นราคาที่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

๙.๑ กำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน

๙.๒ จังหวัดระนอง โดยโรงพยาบาลระนองจะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย เดือนละ ๑ ครั้ง

๙.๓ หากครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ปริมาณสินค้าที่จะซื้อจะขายน้อยกว่าวงเงินที่กำหนดในสัญญาจ้าง จะเบิกจ่ายตามจริง และถือว่าสิ้นสุดสัญญาจะซื้อจะขาย ในกรณีที่ยังไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจะซื้อจะขาย แต่ผู้ขายได้เบิกจ่ายเงินจนหมดวงเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญา

๙.๔ ผู้ขายจะต้องรวบรวมข้อมูล ส่งมอบงานวันสุดท้ายของเดือน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือนและจัดส่งใบแจ้งหนี้ในเดือนถัดไป ภายใน ๕ วันทำการ ของเดือนถัดไป

๙.๕ ผู้ขายต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดส่งมาพร้อมหนังสือส่งมอบงาน ในงวดสุดท้ายที่ดำเนินการ

๑๐. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ซื้อยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบนับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ซื้อได้ขยายเวลาส่งมอบให้จนถึงวันที่ส่งมอบแล้วเสร็จจริง


.....


(นายณพล ตั้งบุญนิธิวงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ


.....

(นางจิรภา ทิพย์อักษร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรรมการ


.....

(นางสาวจิระภรณ์ ชำนาญจักร์)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการ