

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ แบบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ

### ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อแบบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา โรงพยาบาลระนอง มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อเครื่องมือ และยังสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษาหรือการเสื่อมสภาพของเครื่องมือในระยะยาว

๑.๓ วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์วิเคราะห์น้ำตาลจากปลายนิ้ว

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่สิบบาทถ้วน)

๑.๕ ความต้องการ จังหวัดระนอง โดยโรงพยาบาลระนอง มีความต้องการซื้อแบบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว พร้อมด้วยเครื่องอ่านแบบตรวจน้ำตาล

| ลำดับ                          | รายการ                | จำนวนประมาณการ<br>(ชิ้น) | ราคาต่อชิ้น<br>(บาท) | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| ๑                              | แบบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว | ๑๑๐,๓๐๐                  | ๖.๘๐                 | ๗๕๐,๐๔๐.๐๐           |
| (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) |                       |                          |                      | ๗๕๐,๐๔๐.๐๐           |

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

.....นางสาวกานต์ชีวะพาณิชย์ บัญญาพิ้งแยม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการฯ

.....นางสาวสุกัญญาภัส ละอองจันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ

.....นางสาวพิชิตา หนูสังข์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลระนอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

.....นางสาวกานต์ชีวะพาณิชย์ บัญญาพิงแยม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการฯ

.....นางสาวสุกัญญาภัส ละองจันท์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ

.....นางสาวพิชดา หนูสังข์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

### ๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

#### ๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑ แผ่นทดสอบที่ใช้ในการทดสอบน้ำตาลจากปลายนิ้ว สามารถอ้างอิงถึงมาตรฐาน ผู้ขายต้องมีเอกสารเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ของหรือหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนการขาย ซึ่งแถบตรวจต้องได้รับรองมาตรฐาน เช่น คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เอกสาร ISO ๑๕๑๙๗:๒๐๑๓, EN ISO ๑๕๑๙๗:๒๐๑๕, ISO๑๓๔๘๕ หรือ CE mark โดยระบุในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

๓.๑.๒ มีผลการระบุชื่อผู้ผลิต และวันเดือนปี วันหมดอายุข้างขวดหรือกล่องบรรจุภัณฑ์

๓.๑.๓ สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิตามบรรจุภัณฑ์ระบุ

๓.๑.๔ Calibrate , Control ตลอดจนน้ำยาและอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ใช้ประกอบในการตรวจวิเคราะห์ บริษัทผู้ขาย ต้องจัดส่งให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดอายุสัญญาโดยไม่คิดมูลค่า

๓.๑.๕ น้ำยาสำเร็จรูป ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งสินค้า หากมีการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุต่ำกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทผู้ให้เข้า จะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ภายใน ๑๕ วัน

#### ๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๓.๒.๑ เป็นแผ่นตรวจน้ำตาลกลูโคสที่ใช้กับเครื่องตรวจโดยอาศัยหลักการ Biosensor โดยใช้ เอนไซม์ Glucose dehydrogenase (GDH) โดยใช้อิเล็กโทรดและการนำอิเล็กตรอนทำด้วยโลหะ ทอง หรือ พาราเดียม ซึ่งไม่แตกหักง่ายเพื่อความเสถียรของคุณภาพการตรวจ

๓.๒.๒ สามารถใช้กับตัวอย่างเลือดทั้ง ๔ ชนิด ได้แก่ เลือดจากหลอดเลือดดำ (Venous Blood), เลือดฝอยการปลายนิ้ว (Capillary Blood) , เลือดแดง (Arterial Blood) และเลือดของทารกแรกคลอด (Neonatal Blood) โดยมีแสดงในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

๓.๒.๓ ใช้เวลาในการตรวจวัดไม่เกิน ๕ วินาทีต่อการทดสอบ

๓.๒.๔ แถบตรวจมีขนาดบรรจุไม่เกิน ๒๕ ชิ้นต่อกล่อง

๓.๒.๕ เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้ เครื่องไม่ต้องปรับค่ามาตรฐาน (No coding) ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและป้องกันความสับสนระหว่าง Lot การผลิต

๓.๒.๖ สามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดตั้งแต่ ๑๐-๖๐๐ mg/dl หรือกว้างกว่า

๓.๒.๗ ใช้ตัวอย่างเลือดในการตรวจน้อยกว่า ๕ ไมโครลิตร

๓.๒.๘ สามารถตรวจวัดได้ในเลือดที่มีค่า Hematocrit ตั้งแต่ ๐ - ๗๐ % หรือกว้างกว่า

๓.๒.๙ สามารถทำงานตรวจวัดได้ปกติในช่วงอุณหภูมิ ๕-๔๕ องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า

๓.๒.๑๐ สามารถทำงานได้ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง ๑๐-๙๐% หรือกว้างกว่าซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย

.....นางสาวกานต์ชีวันภณัญญ บัญญาพิงแยม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการฯ

.....นางสาวสุกัญญาภัฏ ละอองจันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ

.....นางสาวพิชดา หนูสังข์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ

๓.๒.๑๑ แผ่นตรวจน้ำตาลสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ ๐-๓๐ องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า  
 ๓.๒.๑๒ การทวนสอบย้อนกลับ สามารถสอบทวนกลับได้ (Traceability) ด้วยหลักการ Hexokinase โดยมีแสดงในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนทุกกล่อง

๓.๒.๑๓ กรณีเลือดไม่เพียงพอ สามารถเติมเลือดเพิ่มได้ภายใน ๓๐ วินาที เพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียแผ่นทดสอบและค่าใช้จ่าย

๓.๒.๑๔ แผ่นตรวจน้ำตาลเป็นแผ่นตรวจคุณภาพที่มีความถูกต้องแม่นยำไม่เกิน  $\pm 10\%$

### ๓.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๓.๑ ผู้ขายแผ่นทดสอบน้ำตาลในเลือด ต้องจัดหาเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการ หอผู้ป่วย และ รพสต. ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โรงพยาบาลระนองอย่างน้อย ๗๐ เครื่อง

๓.๓.๔ หากเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ขายต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๓.๓.๕ ผู้ขายต้องจัดอบรมแนวทางการใช้เครื่องและอบรมแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓.๓.๖ ผู้ขายส่งมอบน้ำยาและวัสดุให้ส่งเป็นงวด ๆ ตามความต้องการของโรงพยาบาลระนองภายใน ๓๐ วันทำการ ตลอดอายุสัญญา นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๓.๓.๗ ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบสมัครสมาชิกโปรแกรมควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอกจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๓.๓.๘ ผู้ขายต้องมีน้ำยาควบคุมคุณภาพ (Control Solution) อย่างน้อย ๒ ระดับ (ระบบต่ำและสูง)

๓.๓.๙ มีระบบการลงผลการทดสอบคุณภาพ ภายในแบบออนไลน์ (QC Online) โดยสามารถดึงผลจากตัวเครื่องเข้าในโปรแกรมได้ เพื่อลดความผิดพลาดในขั้นตอนการลงผล และสามารถสร้างกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบคุณภาพภายในเครือข่ายได้ (Interlab Comparison)

๓.๓.๑๐ เครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดต้องสามารถดึงข้อมูลค่าระดับน้ำตาลจากตัวเครื่องได้เพื่อรองรับระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมการบริการคนไข้ภายในโรงพยาบาล

๓.๓.๑๑ ผู้ขายต้องเป็นผู้จัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมสำหรับเจาะปลายนิ้วและถ่านสำหรับเครื่องตรวจวัดแถบน้ำตาล เพียงพอต่อการใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า

๓.๓.๑๒ ผู้ขายได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่ายภายในประเทศ

### ๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๔.๑ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลระนอง

๔.๒ กำหนดส่งมอบในช่วงระยะเวลาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งทางโรงพยาบาลระนองทำการออกใบสั่งซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้วเป็นครั้งคราว โดยการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชิ้นและไม่เกินครั้งละ ๒๐,๐๐๐ ชิ้น

๔.๓ ทำการรวบรวมและตรวจรับตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งซื้อในแต่ละครั้ง ที่ผู้ขายส่งมอบได้จริง

.....นางสาวกานต์ชีวะพาณิชย์ บัญญาพิ้งแยม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการฯ

.....นางสาวสุกัญญาภัฏ ละอองจันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ

.....นางสาวพิชิตา หนูสังข์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ

#### ๕. งวดงานและการจ่ายเงิน

จังหวัดระนอง โดยโรงพยาบาลระนอง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามปริมาณการใช้งานที่กำหนดในใบสั่งซื้อในแต่ละครั้ง ที่ผู้ขายส่งมอบได้จริง

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลระนอง จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

#### ๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

|                                                                                           |                                   |                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| .....  | นางสาวกานต์ชีวพาณิชย์ บุญญาพิงแยม | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ   | ประธานกรรมการฯ |
| .....                                                                                     | นางสาวสุกัญญาภัส ละอองจันทร์      | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ   | กรรมการ        |
| .....  | นางสาวพิชาดา หนูสังข์             | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ | กรรมการ        |