

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป อเมริกาหรือเอเชีย
- ๖.๒ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปีนับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป ในระยะรับประกัน หากเครื่องมือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ต้องนำเครื่องมือใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน
- ๖.๓ เป็นเครื่องมือไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๖.๔ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๒ เล่ม
- ๖.๕ มีคู่มือการซ่อมและวงจรไฟฟ้าของเครื่องมืออย่างละเอียด (Technical Service Manual) ๒ เล่ม
- ๖.๖ มีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๖.๗ กรณีที่ยังอยู่ในระยะรับประกัน หากชำรุดและต้องนำไปซ่อมที่บริษัทผู้ขายนานเกินกว่า ๑๕ วัน ผู้ขายต้องมีเครื่องมือให้ยืมใช้จนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จจนใช้งานได้ตามปกติและส่งคืนเครื่องมือให้

นายภาณุศักดิ์ อินทสระโร
นางอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ
นางกาญจนา ละอองจันทร์
นางหัตถ์มนี กมลานนท์
นางสาวกฤติกา คลองเงิน
นางสุกัญญา อ่อนละมูล
นายไพรัตน์ ชุประดิษฐ์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

๒๔.ลู่วิ่งไฟฟ้า

๑. ความต้องการ ลู่วิ่งออกกำลังกายแบบใช้ไฟฟ้า
๒. วัตถุประสงค์ สำหรับผู้ป่วยใช้ออกกำลังกายและฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด
๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๔ คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า AC ๔ แรงม้า
- ๔.๒ ความเร็วไม่น้อยกว่า ๐.๘ - ๒๒.๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีปุ่ม Speed key เลือกความเร็วอัตโนมัติ ได้น้อยกว่า ๖ ระดับ
- ๔.๓ ปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้าได้น้อยกว่า ๐-๑๕% มีปุ่ม Incline key เลือกความชันอัตโนมัติได้น้อยกว่า ๖ ระดับ
- ๔.๔ สามารถรองรับน้ำหนักตัวผู้ใช้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กิโลกรัม
- ๔.๕ ขนาดพื้นที่วิ่งไม่น้อยกว่า ๕๖ x ๑๕๓ เซนติเมตร
- ๔.๖ มีระบบหยุดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยขณะออกกำลังกาย (Safety key)
- ๔.๗ มีที่วางสิ่งของและขวดน้ำ
- ๔.๘ โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
- ๔.๙ มีระบบยางรองรับการกระแทก หน้า ๒ เซนติเมตร ยาว ๓ เซนติเมตร
- ๔.๑๐ ระบบวัดอัตราการเต้นหัวใจ สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมือจับอยู่บริเวณราวจับด้านหน้า เพื่อความสะดวกและความเหมาะสมกับข้อมือในการจับ
- ๔.๑๑ โปรแกรมออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๒๗ โปรแกรม
- ๔.๑๒ หน้าจอ(LCD) แสดงผลค่าต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๖ ค่า ได้แก่ ความเร็ว, เวลา, ระยะทาง, แคลอรี, อัตรา, การเต้นหัวใจ, Body Fat

.....นายภาณุศักดิ์ อินทสระโร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
.....นางอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
.....นางกาญจนา ละอองจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
.....นางทัศนีย์ กมลานนท์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
.....นางสาวกฤติกา คลองเงิน	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
.....นางสุกัญญา อ่อนละมูล	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
.....นายไพรัตน์ ชูประดิษฐ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
		และเลขานุการ

