

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์คือ อุปกรณ์ปรับแรงดูด โรงพยาบาลระนอง

๑. ความต้องการ

- อุปกรณ์ปรับแรงดูด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

- เพื่อดูดของเหลว หรือเสมหะออกจากตัวผู้ป่วยโดยสามารถต่อเข้ากับระบบที่โรงพยาบาลใช้อยู่ได้โดยตรง

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นชุดควบคุมแรงดูดของเหลวอย่างต่อเนื่องพร้อมขดกรองรับโพลีคาร์บอเนต (ตกไม่แตก) อุปกรณ์กันลั่น และชุดดูดเสมหะ สามารถเสียบเข้ากับระบบของโรงพยาบาลได้

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑ ตัวเครื่องทำจากพลาสติกอย่างดี แข็งแรง น้ำหนักเบา
- ๔.๒ หน้าปัดตัวเลขบอกแรงดูด ตั้งแต่ ๐-๓๐๐ มม.ปรอท
- ๔.๓ หน้าปัดมีระดับบอกช่วงดูด LO, MED, HI (ต่ำ, กลาง, สูง)
- ๔.๔ การทำงานในลักษณะดูดเต็มที่ เครื่องจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง
- ๔.๕ มีตัวปรับการทำงานได้ ๓ แบบคือ (๓ MODE)
 - ดูดโดยปรับ และควบคุมแรงดูดได้
 - ดูดเต็มที่ทันทีที่เครื่องเปิด
 - ปิดเครื่อง
- ๔.๖ การทำงานในลักษณะปรับ และควบคุมแรงดูดสามารถปรับแรงดูดได้ตั้งแต่แรงดูดที่ศูนย์จนถึงแรงดูดในระดับสูงสุด
- ๔.๗ ADAPTER (หัวเสียบ) สามารถเสียบเข้ากับชุดจ่ายแก๊ส (OUTLET) ของโรงพยาบาลได้ด้านล่างของเครื่องมีข้อต่อเข้ากับอุปกรณ์กันลั่นและขดกรองรับของเหลวได้

๕. อุปกรณ์กันลั่น

- ๕.๑ ตัวชุดอุปกรณ์กันลั่นทำจากโพลีคาร์บอเนตทนต่อการกระแทกและขีดข่วน
- ๕.๒ มีลูกกลอยทำงานทันทีที่ของเหลวล้นเข้ากระบอก
- ๕.๓ สามารถฆ่าเชื้อได้โดยการนึ่ง

.....นายกฤติน มีวุฒิสม	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
.....นางสาวจันทร์พร กวินการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
.....นางสาวพัชรี จันทวิชานวงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
.....นายประธาร พันโย	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
.....นางสาวศิริรัตน์ เพ็ญแสงทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ และเลขานุการ

๖. ขวดรองรับของเหลว

- ๖.๑ ขวดทำจากโพลีคาร์บอเนต น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนแรงกระแทก
- ๖.๒ ขนาดความจุ แกลลอน มีขีดบอกระดับของเหลวพร้อมตัวเลข ลักษณะขวดเป็นขวดปากแคบ (ของ AMICO) เท่ากับ 1/2 แกลลอน
- ๖.๓ สามารถทำการฆ่าเชื้อโรคโดยการอบนึ่งไอน้ำ

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต
- ๗.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันรับมอบของครบ
- ๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานของช่างไม่น้อยกว่า ๓ คน ในการซ่อมหรือบริการจากผู้ผลิต
- ๗.๔ มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๗.๕ ในระหว่างรับประกันทางบริษัทจะต้องเข้ามาตรวจเช็คอุปกรณ์ (ในระยะเวลารับประกัน) พร้อมมอบใบ Certificate ให้กับทางโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

..... นายกฤติน มีวุฒิสม	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
..... นางสาวจันทร์พร กวินการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
..... นางสาวพัชรี จันทวิชานวงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
..... นายประธาร พันโย	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
..... นางสาวศิริรัตน์ เพ็ญแสงทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ และเลขานุการ